

S -AllIgG-hom (12420)**Osatutkimukset:**

12421 S -AspFumG, S -Aspergillus fumigatus (gm3), IgG vasta-aineet
12422 S -AurPulG, S -Aureobasidium pullulans (gm12), IgG vasta-aineet
12423 S -MicFaeG, S -Micropolyspora faeni (gm22), IgG vasta-aineet
7125 S -PenSppG, S -Penicillium spp. (Gm27), IgG vasta-aineet

Näyte 2 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 1-5 työpäivää

Viitearvot	Mikrobi	90 %:n persentiili (mg/l)	Keskiluku (mg/l)
	Aspergillus fumigatus	70.1	21.8
	Aureobasidium pullulans	16.2	8.6
	Micropolyspora faeni	10.7.	6.4
	Thermoactinomyces vulgaris	34.4	14.4
	Penicillium spp	49.7	23.2

Tulkinta Jokaiselle homeelle on määritetty raja-arvonsa, jonka alapuolelle jää 90 % terveestä väestöstä, 90 % persentiili, (Phadia AB, Uppsala, terve ruotsalaisväestö).

Konsultointi