

U -MetadCt (1892)

Indikaatiot Kvalitatiivinen positiivisen metadoniseulonta-analyysin varmistustutkimus.

Näyte 5 ml kertavirtsaa, säilöntäaineeton putki. Sama näyte, josta seulonta-analyysi on tehty.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC-MS/MS

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Tulkinta Kvalitatiivinen LC-MS/MS-menetelmä. Menetelmä määrittää spesifisesti metadonia ja sen aineenvaihduntatuotetta (EDDP). Positiivisista näytteistä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme
Puh. 045 7734 9010
jukka.hurme@vita.fi